

CHIARIMENTI RELATIVI A QUESITI PERVENUTI

DITTA DIAMED ITALIANA S.r.l.

L'offerta economica riportante tutte le indicazioni da Voi richieste all'allegato (B) va formulata per singolo C.T. (C.T. Lagonegro e C.T. Melfi) e poi per il totale dei test richiesti oppure solo il totale Test?

CHIARIMENTI

L'offerta economica riportante tutte le indicazioni richieste all'allegato (B) va formulata per il totale dei test.

DITTA INFRATEC SRL

In riferimento alla gara in oggetto vorremmo avere un chiarimento in merito al punto 5) del Capitolato Speciale di gara dove si richiede l'interfacciamento al sistema gestionale CETRAPLUS.

Vorremmo sapere se questa caratteristica è richiesta anche in riferimento al lotto n.10 e se questa caratteristica è richiesta a pena esclusione dalla gara.

CHIARIMENTI

L'Interfacciamento al sistema gestionale non è richiesto per il lotto n.10.

DITTA ALIFAX

In riferimento alla procedura in oggetto, si richiede il seguente chiarimento:

“che frequenza di esecuzione è prevista per calibrazione e controlli sui dosaggi delle voci ai lotti 4 – 5 – 8 – 9? (settimanale, due volte alla settimana, tre ecc.....)

CHIARIMENTI

In merito alla Vs. richiesta si precisa che l'esecuzione prevista per calibrazione e controlli sui dosaggi delle voci ai lotti n.4; n.5; n.8 e n.9 è da intendersi settimanale.

DITTA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL

- A) in offerta economica si chiede che venga indicato l'importo annuo a listino, relativo al noleggio ed all'assistenza tecnica per singola apparecchiatura offerta, ma la scrivente non dispone nel proprio listino di detti parametri. E' possibile pertanto indicare solamente le quote nette offerte?

CHIARIMENTI AL PUNTO (A)

Considerato che i costi relativi al noleggio ed all'assistenza tecnica per singola apparecchiatura offerta non necessariamente debbano essere presenti in un listino, è possibile indicare solamente la quota netta offerta essendo questa sufficiente per la valutazione economica di merito;

- B) Analogamente è richiesto il prezzo di listino per ogni singolo test inclusivo di tutto il materiale di consumo necessario (reagenti, calibratori, controlli e quanto altro necessario). Si chiede la conferma che quello che dovrà essere indicato è solo il prezzo di listino a confezione non essendo possibile disporre di quotazioni medie.

CHIARIMENTI AL PUNTO (B)

E' richiesto il prezzo di listino per ogni singolo test inclusivo di tutto il materiale di consumo necessario, così come previsto negli atti di gara.

- C) Vogliate confermare che al lotto 1 il prezzo a singolo test vada inteso, in relazione alle unità da voi indicate, in card, determinazioni, ml o confezioni;

CHIARIMENTI AL PUNTO (C)

Si conferma quanto riportato nell'allegato (A).

- D) Oltre all'indicazione della percentuale di sconto sui prezzi di listino che verrà praticata in caso di eventuale richiesta di test non espressamente richiesti, è necessario fornire anche copia del listino?

CHIARIMENTI AL PUNTO (D)

E' necessario fornire copia del listino.

- E) Nel caso in cui un'Azienda partecipi a più lotti l'offerta tecnica e quella economica dovranno essere contenute in tante buste distinte quanti sono i lotti per cui si concorre o è possibile predisporre una unica per la parte tecnica ed una per quella economica?

CHARIMENTI AL PUNTO (E)

Solo l'offerta economica dovrà essere contenuta in buste distinte per quanti sono i lotti per cui si concorre.

- F) Con particolare riferimento al lotto n. 2 si chiede di voler precisare se i quantitativi indicati per ciascun test sono già comprensivi delle determinazioni necessarie all'esecuzione dei controlli di qualità che verranno eseguiti quotidianamente su due livelli o invece se le Ditte concorrenti dovranno provvedere ad inserirli in offerta.

CHIARIMENTI AL PUNTO (F)

In riferimento al lotto 2 si precisa che i quantitativi indicati per ciascun test sono comprensivi delle determinazioni necessarie all'esecuzione dei controlli di qualità che verranno eseguiti quotidianamente su due livelli;

- G) Si richiede che l'allegato C1 venga compilato e sottoscritto a cura di ciascun amministratore munito di rappresentanza, mentre la vigente normativa prescrive che ciascun soggetto dichiari solo quanto previsto al punti b –c –m ter) essendo

i restanti dei requisiti riferiti alla persona giuridica. Vogliate pertanto confermare che il modello in questione venga reso solo dal firmatario della gara, mentre gli altri soggetti provvederanno a rilasciare le dichiarazioni a loro imposte dalla normativa vigente.

CHIARIMENTI AL PUNTO (G)

Ciascun soggetto facente parte della ditta deve dichiarare solo quanto previsto ai punti b – c m ter del comma 1 dell'art.38 del D.Lgs. 163/2006. Pertanto il modello allegato C1 deve essere firmato solo dal soggetto che firma e garantisce l'offerta .

- H) Ci preme inoltre evidenziare come la richiesta di una fatturazione che tenga conto “esclusivamente delle effettive determinazioni eseguite, computate al netto di calibrazioni, manutenzioni etc...” e non dei quantitativi ordinati, a nostro avviso, è di difficile attuazione soprattutto per il lotto 1 laddove si richiedono contemporaneamente cards. Confezioni e determinazioni. Si richiede pertanto di confermare che la fatturazione avverrà per quantitativi ordinati. In caso contrario avremmo necessità di sapere, al fine di poter formulare correttamente la nostra proposta, se le ripetizioni verranno fatturate o meno.

CHIARIMENTI AL PUNTO (H)

La fatturazione avverrà per quantitativi ordinati

DITTA DIAMED ITALIANA S.r.l.

L'allegato B che fornisce le indicazioni per la redazione e valutazione delle offerte tecniche ed economiche prevede che nell'offerta economica sia indicato “ l'importo netto offerto e a listino per singolo test richiesto inclusivo di tutto il materiale di consumo necessario (reagenti, calibratori, controlli e quanto altro necessario). Da nessuna parte è richiesta l'indicazione del prezzo/conf.

All'art.8 del Capitolato Speciale è previsto che la fatturazione debba avvenire secondo le seguenti modalità:

- Le forniture di reattivi, materiali di consumo, calibratori, controlli ed ogni altro prodotto necessario all'effettuazione delle determinazioni verranno fatturate sulla base dei prezzi offerti.

Pertanto la ditta fornitrice riporterà in fattura, come semplice descrizione i materiali di consumo a costo zero e i reagenti a prezzi di offerta.

E' inoltre precisato che “ la fatturazione oltre che essere riferita alle singole quote (locazione, forniture e assistenza) dovrà essere, nel caso dei reagenti e del materiale di consumo in generale, funzione esclusivamente delle effettive determinazioni eseguite – computate al netto di calibrazioni, manutenzioni e simili e non dei quantitativi ordinati”.

Si chiede di confermare se la ditta aggiudicataria dovrà fatturare a test e adottare un metodo per la verifica delle determinazioni realmente eseguite.

CHIARIMENTI

La ditta aggiudicataria dovrà fatturare a test e si richiede di inserire nell'offerta tecnica copia dell'offerta economica senza prezzi.

DITTA RANDOX LABORATORIES

- All'art. 22 Disciplinare di gara (pag.14) si dice che "L'obbligo di prestare cauzione è escluso qualora l'importo complessivo dei lotti aggiudicati sia inferiore ad Euro 30.000,00 ": tale importo complessivo è da intendersi "annuo" o totale per i 4 anni?. Nel caso in cui l'importo totale dei lotti a cui la Ns. ditta partecipa non superi i suddetti 30.000,00 Euro, occorre comunque la dichiarazione di un fideiussore di cui al punto A6) a pag.7 del Disciplinare (impegno a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva in caso di aggiudicazione" ?

CHIARIMENTI

L'importo complessivo è da intendersi per tutta la durata contrattuale. Per lotti aggiudicati per tutta la durata contrattuale sotto il valore di €30.000,00 non è richiesta cauzione definitiva o dichiarazione di fideiussione.

- Al punto A5) – pag. 6 del Disciplinare di gara si dice che la cauzione Provvisoria deve essere di "importo pari al 2% dell'importo complessivo a base di gara dei lotti per cui la ditta concorre": Tale importo complessivo è da intendersi annuo o totale per i 4 anni?

CHIARIMENTI

L'importo complessivo è da intendersi per i quattro anni ovviamente per i lotti a cui si partecipa.

- All'art.1 del Capitolato Speciale viene descritto ciò che la fornitura delle apparecchiature deve comprendere: ciò si riferisce anche alle eventuali apparecchiature che vanno offerte per i lotti dal n. 4 in poi? (a tal proposito nell'Allegato A si dice che " la ditta dovrà fornire ove necessario l'attrezzatura per l'esecuzione dei test")

CHIARIMENTI

Si conferma quanto già descritto nel capitolato speciale ossia ove necessario per l'esecuzione dei test, la ditta dovrà fornire l'attrezzatura necessaria (incubatore, lavatore, lettore, etc...)

DITTA DYASET S.r.L.

Con la presente sono a chiedere in merito alla gara di cui in oggetto, se la cauzione provvisoria nella misura del 2% è da calcolarsi sull'importo complessivo o quadriennale.

CHIARIMENTI

Si precisa che la cauzione provvisoria del 2% è da calcolarsi sull'importo complessivo quadriennale.

DITTA DIASORIN – The Diagnostic Specialist

LOTTO n. 2 – VIROLOGIA – CHIMICA CLINICA – (CENTRO TRASFUSIONALE DI MELFI)

Qual è la frequenza delle sedute analitiche (giornaliera, settimanale) ?

CHIARIMENTI

La frequenza è giornaliera

E' necessario avere il 100% della tipologia dei test richiesti?

CHIARIMENTI

Si

La richiesta di un analizzatore è intesa come unico strumento o come sistema (composto anche da più di uno strumento) ?

CHIARIMENTI

Si precisa che si chiede, come riportato nella scheda di valutazione del lotto n. 2 “ Un analizzatore completamente automatico per l'esecuzione in linea dei test previsti nel lotto “.

- **Nell'allegato A (allegato 2) alla voce “ Kit relativi alle epatiti A,B,C, ed HIV pronti all'uso “ è possibile presentare un'offerta con una minima percentuale di prodotti non pronti all'uso?**

CHIARIMENTI

No. Trattasi di caratteristica minima ed indispensabile

La stazione appaltante precisa che l'interfacciamento riportato nel capitolato “ al sistema Gestionale CETRAPLUS” è da intendersi al sistema Gestionale del servizio trasfusionale.

PRECISAZIONI LOTTO N.2

Si precisa che i seguenti test riportati nel lotto n.2 non sono da considerarsi più in gara e nel dettaglio:

FT3; FT4; TSH; PSA; SODIO; POTASSIO; MAGNESIO; CALCIO; CLORO.

Si precisa ancora che tra le caratteristiche utili per il punteggio riportate nella scheda di valutazione lotto n.2 – Virologia – Chimica clinica – la voce “ Dosaggio degli elettroliti con ISE diretto è ufficialmente sostituita dalla seguente caratteristica sempre utile per il punteggio: “ Elenco numerico ed indicativo delle attuali installazioni nei servizi trasfusionali” - punti 3.

LA STAZIONE APPALTANTE