

REGIONE BASILICATA
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA
VIA TORRACA, 2 – 85100 POTENZA
Ambito Territoriale ex-ASL3
U.O. Provveditorato/Economato
tel. 0973/48511, fax 0973/48562 – 21730
Via Piano dei Lippi, 1 – 85042 Lagonegro (PZ)

PROCEDURA APERTA, IN UNIONE REGIONALE DI ACQUISTO TRA L'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA (CAPOFILA), L'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA, L'AZIENDA OSPEDALIERA "S.CARLO" DI POTENZA E L'I.R.C.C.S.-C.R.O.B. DI RIONERO IN VULTURE, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE DI "SISTEMI DI PRELIEVO E MATERIALE DI CONSUMO PER I LABORATORI ANALISI".

ALLEGATO N. 9

SCHEMA DI GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE (Art. 83, D.Lgs. n. 163/06)

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
(Art. 83, D.Lgs. n. 163/06)

Relativamente ai **Lotti nn. 1 – 2 – 4 e 5**, la fornitura, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163/06 e smi, sarà affidata, per singolo lotto, all'Offerente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, ossia in base al miglior punteggio prezzo/qualità, nel rispetto dei requisiti tecnico-qualitativi minimi richiesti.

Si ribadisce che il Lotto n.3 - dispositivi di trasporto (contenitori), verrà aggiudicato al prezzo complessivo più basso, purché l'offerta risulti completa e rispetti i requisiti tecnici minimi richiesti e specificati nell'Allegato 1.

LOTTO N°1

Il lotto è costituito dal sistema di prelievo e dai contenitori per smaltimento

ALLA QUALITA' SONO ATTRIBUIBILI	PUNTI	MASSIMO	60
AL PREZZO SONO ATTRIBUIBILI	PUNTI	MASSIMO	40

GRIGLIA DI VALUTAZIONE QUALITA':

Caratteristiche	Punteggio massimo
Gamma delle provette offerte, relativamente alle dimensioni ed alle capacità di aspirazione: <ul style="list-style-type: none"> • codici colore5 • gamma volumi aspirazione.....5 • gamma dimensioni provette.....5 • percentuale delle provette fornite con etichette serigrafate.....5 	20
Quantità e qualità della documentazione pubblicata in ordine a: <ul style="list-style-type: none"> • numerosità degli studi prodotti, 5 • performance delle provette rispetto ai diversi metodi analitici, 5 • interferenze nelle fasi analitiche e perianalitiche, 5 • riferimento al trasporto dei campioni dai centri di prelievo (tempo e modalità). 5 	20
Sicurezza dell'operatore <ul style="list-style-type: none"> • praticità e innovazione del sistema di prelievo (descritta nelle schede tecniche 	10
Tenuta del vuoto certificata da ente Internazionale.	4
Caratteristiche dei corsi di formazione: Durata e Numero operatori formati	3
Caratteristiche dei corsi di formazione: Riconoscimento ECM	3

Saranno ritenute idonee e quindi ammesse alla prosecuzione della gara, solo le ditte che avranno ottenuto una votazione complessiva afferente al parametro QUALITA' di almeno 36/60 (36 punti su 60).

Ai fini della valutazione dell'offerta, le ditte partecipanti dovranno produrre specifica relazione con riferimento puntuale alle singole voci.

LOTTO N°2

Il lotto è costituito dal sistema di automazione e tracciabilità del processo preanalitico

ALLA QUALITA' SONO ATTRIBUIBILI	PUNTI	MASSIMO	60
AL PREZZO SONO ATTRIBUIBILI	PUNTI	MASSIMO	40

GRIGLIA DI VALUTAZIONE QUALITA':

Caratteristiche	Punteggio massimo
Velocità di etichettatura	20
Quantità totale di provette on board e per ciascun tipo	20
Modalità di segregazione dei campioni:	
Per paziente e con contenitore chiuso	10
Per paziente e con contenitore aperto	6
Per provette libere	4

Saranno ritenute idonee e quindi ammesse alla prosecuzione della gara, solo le ditte che avranno ottenuto una votazione complessiva afferente al parametro QUALITA' di almeno 36/60 (36 punti su 60).

LOTTO N°4

Il lotto è costituito da micropipette vario tipo e puntali

ALLA QUALITA' SONO ATTRIBUIBILI	PUNTI	MASSIMO	60
AL PREZZO SONO ATTRIBUIBILI	PUNTI	MASSIMO	40

GRIGLIA DI VALUTAZIONE QUALITA':

Per le micropipette a pistone	Punti 20
Leggerezza	8
Pulsante operativo separato	5
Possibilità di valutare il campione residuo	3
Pipetta intera Autoclavabile:	2
Possibilità di calibrazione aggiuntiva	2
Per le multicanale	Punti 10
possibilità di rimuovere ciascun canale in modo indipendente	10
Per i dispensatori ripetitivi	Punti 18
impugnatura ergonomica	5
display elettronico	5
riconoscimento automatico del volume di dispensazione	4
elevata flessibilità dei volumi dispensabili	4
Per le pipette a siringa adattabili ai dispensatori ripetitivi ed i puntali in genere	Punti 12
disponibilità nei diversi livelli di purezza	4
esenti da contaminazioni	4
puntali con doppio filtro a doppia protezione	4

Saranno ritenute idonee e quindi ammesse alla prosecuzione della gara, solo le ditte che avranno ottenuto una votazione complessiva afferente al parametro QUALITA' di almeno 36/60 (36 punti su 60).

LOTTO N°5

Il lotto è costituito da strisce per la determinazione della glicemia (relativi reflattometri, lancette pungidito e dispositivi per prelievo da fornirsi a costo zero in sconto merce).

ALLA QUALITA' SONO ATTRIBUIBILI	PUNTI	MASSIMO	60
AL PREZZO SONO ATTRIBUIBILI	PUNTI	MASSIMO	40

Requisito	Risposta	Punteggio
Interferenze nella determinazione della glicemia dovute alla variazione dell'ematocrito. Documentare modalità (se prevista) correzione dato analitico in relazione alla variazione dell'ematocrito; allegare se disponibile bibliografia e lavori scientifici	Indicare eventuali interferenze, specificando i relativi range, causati da valori anomali di ematocrito e tecnica utilizzata	Da 0 a 8 punti
Necessità di effettuare calibrazione	SI / NO	Da 0 a 5 punti
Campione Sangue intero fresco capillare	SI / NO	Da 0 a 1 punti
Campione Sangue venoso	SI / NO	Da 0 a 1 punti
Campione Sangue arterioso	SI / NO	Da 0 a 1 punti
Campioni neonatali	SI / NO	Da 0 a 5 punti
Documentare eliminazione delle sostanze interferenti nella determinazione della glicemia; allegare se disponibile bibliografia e lavori scientifici	Indicare sostanze interferenti eliminate e tecnica utilizzata	Da 0 a 10 punti
Documentare correlazione con metodo di riferimento di laboratorio; allegare se disponibile bibliografia e lavori scientifici	Indicare dati di correlazione con metodo di riferimento specificando range valori glicemici presi in esame	Da 0 a 10 punti
Rispondenza dei dispositivi offerti alla normativa ISO 15197; documentare in questo contesto, se disponibile, il livello di prestazione analitica riferita alla determinazione della glicemia con campioni di pazienti ospedalizzati	SI / NO Documentare dati disponibili ricavati da determinazioni effettuate su pazienti ospedalizzati	Da 0 a 5 punti
Presenza Dispositivi e/o accorgimenti utili per eliminare possibili rischi di contaminazione per l'operatore	SI / NO	Da 0 a 4 punti
Offerta comprensiva di un Dispositivo, per la determinazione Glicemica oltre a SW dedicato e relativi accessori, in grado di garantire la connettività ed il trasferimento dei dati riferiti a misurazione, paziente, operatore ecc. a postazione remota; disponibilità materiali per Q.C.	SI / NO Relazionare e documentare caratteristiche dispositivo offerto (tutto il materiale necessario – una unità, dovrà essere fornito in sconto merce). Indicare tipologia di materiale disponibile per effettuazione Q.C.	Da 0 a 10 punti

Saranno ritenute idonee e quindi ammesse alla prosecuzione della gara, solo le ditte che avranno ottenuto una votazione complessiva afferente al parametro QUALITA' di almeno 36/60 (36 punti su 60).

CRITERIO DI DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO AL PREZZO:

Il punteggio relativo al Prezzo, per ciascuno dei predetti Lotti (nn.1-2-4 e 5) verrà assegnato come segue:

Il coefficiente massimo (40) verrà attribuito alla ditta che avrà offerto il prezzo più basso per singolo lotto del Gruppo di fornitura di riferimento, mentre per le altre ditte concorrenti il punteggio sarà determinato in misura inversamente proporzionale al prezzo, secondo la seguente formula:

$$\text{Punteggio offerta} = \frac{\text{Punteggio massimo attribuibile (punti 40)} \times \text{Prezzo minore}}{\text{Prezzo dell'offerta presa in considerazione}}$$

Si precisa che il punteggio verrà arrotondato per difetto, in caso di terza cifra decimale inferiore a 5; verrà invece arrotondato per eccesso in caso di terza cifra decimale superiore o pari a 5.