



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
BASILICATA
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN MODALITA’
“SERVICE” DI SISTEMI ANALITICI PER L’ESECUZIONE DI ESAMI
DIAGNOSTICI RELATIVI AI SETTORI EMATOLOGIA E COAGULAZIONE,
OCCORRENTI PER I LABORATORI DI ANALISI CHIMICO-CLINICHE AZIENDALI**

ALLEGATO B.5

**GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
(Art. 83, D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.)**



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

(Art. 83, D.Lgs. n. 173/06)

Ai fini dell'aggiudicazione di ciascuno dei lotti posti in gara, ad ogni Offerta verrà attribuito un punteggio da determinarsi in base alla seguente ripartizione:

ELEMENTO DI VALUTAZIONE

A. CARATTERISTICHE TECNICO-QUALITATIVE DELLA FORNITURA	MAX PUNTI 50
B. PREZZO OFFERTO	MAX PUNTI 50
TOTALE	PUNTI 100

LOTTO N. 1: FORNITURA "IN SERVICE DI SISTEMI ANALITICI PER L'ESECUZIONE DI ESAMI DIAGNOSTICI RELATIVI AL SETTORE EMATOLOGIA

MODALITA' DI VALUTAZIONE

L'aggiudicazione avverrà tenendo conto dell'offerta economicamente più vantaggiosa (qualità-prezzo) secondo la valutazione riferita esclusivamente al sistema principale.

La valutazione terrà conto del parametro economico e tecnico.

Il parametro tecnico è costituito dai seguenti sub-parametri

1. merito tecnico scientifico del sistema diagnostico;
2. caratteristiche funzionali dell'apparecchiatura;
3. effetti sul processo sanitario, per la valutazione dell'impatto organizzativo ed economico del sistema diagnostico sul processo sanitario.

Il primo di questi parametri consente di valutare l'affidabilità diagnostica del sistema.

Il secondo scandaglia le caratteristiche dell'apparecchiatura.

Il terzo ed ultimo indaga l'impatto del sistema sull'attività complessiva, sia del laboratorio, sia dell'intero processo sanitario <es.: riduzione dei tempi di attesa delle analisi, dei tempi di ricovero, ecc.).

A. CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO ALLE CARATTERISTICHE TECNICO-QUALITATIVE DELLA FORNITURA

I 50 punti relativi alle **caratteristiche tecnico-qualitativi del sistema proposto (PARAMETRO A)**, sono così ripartiti:

N. ORD.	PARAMETRI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX
1	MERITO TECNICO E SCIENTIFICO	22
	I predetti 22 punti sono così ripartiti:	
	a. Possibilità di contare gli eritroblasti e di correggere automaticamente il conteggio dei globuli bianchi e della formula leucocitaria qualora venga evidenziata la presenza di eritroblasti	5
	b. Metodologia analitica per la determinazione della serie rossa	4
	c. Metodologia analitica per la determinazione della serie bianca	4
	d. Metodologia analitica per la determinazione dell'emoglobina	4
	e. Eventuali parametri aggiuntivi	2
	f. Indicazioni di eventuali altre popolazioni cellulari	3
2	CARATTERISTICHE FUNZIONALI DELL'APPARECCHIATURA	16
	I predetti 16 punti sono così ripartiti:	
	a. Cadenza analitica	5
	b. Capacità walk away	4

N. ORD.	PARAMETRI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX
2	c. Possibilità di richiesta ed esecuzione casuale per singolo campione sullo stesso rack di solo emocromo, emocromo + formula, emocromo + formula e reticolociti, solo reticolociti	3
	d. Esecuzione delle urgenze manuali sia da provetta aperta che da provetta chiusa	2
	e. Integrabilità potenziale con sistema di auto slide (strisciatore di vetrini)	2
3	EFFETTI SUL PROCESSO SANITARIO, PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO ORGANIZZATIVO ED ECONOMICO DEL SISTEMA DIAGNOSTICO SUL PROCESSO SANITARIO. CAPACITÀ DI FORNIRE INFORMAZIONI AGGIUNTIVE UTILI	12
	I predetti 12 punti sono così ripartiti:	
	a. Sensibilità di misurazione della formula in pazienti con emopatie con massima linearità per la conta dei globuli bianchi non inferiore a 400.000 elementi/ μ L	4
	b. Possibilità di determinazione delle piastrine con diversificazione della popolazione dei piccoli rossi dalle piastrine mediante analisi della concentrazione emoglobinica cellulare in pazienti anemici o con "trait talassemico"	4
	c. Capacità di individuare alterazioni eritrocitarie specifiche	4

I punteggi saranno attribuiti tenendo conto di una relazione sintetica o scheda conoscitiva (allegato B) (poche righe, le pubblicazioni sono già conosciute), da redigersi da parte della Ditta offerente, circa le caratteristiche descritte e i vantaggi di tali caratteristiche, seguendo lo schema riportato nel predetto allegato B, che potrà essere riprodotto a parte.

LOTTO N. 2: FORNITURA "IN SERVICE DI SISTEMI ANALITICI PER L'ESECUZIONE DI ESAMI DIAGNOSTICI RELATIVI AL SETTORE COAGULAZIONE

MODALITA' DI VALUTAZIONE

L'aggiudicazione avverrà tenendo conto dell'offerta economicamente più vantaggiosa (qualità-prezzo) secondo la valutazione riferita esclusivamente al sistema principale.

La valutazione terrà conto del parametro economico e tecnico.

Il parametro tecnico è costituito dai seguenti sub-parametri:

1. Merito tecnico scientifico del sistema diagnostico;
2. Caratteristiche funzionali dell'apparecchiatura e dei reagenti;
3. Effetti sul processo sanitario, per la valutazione dell'impatto organizzativo ed economico del sistema diagnostico sul processo sanitario.

A. CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO ALLE CARATTERISTICHE TECNICO-QUALITATIVE DELLA FORNITURA

I 50 punti relativi alle **caratteristiche tecnico-qualitativi del sistema proposto (PARAMETRO A)**, sono così ripartiti:

N. ORD.	PARAMETRI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX
1	Sistema principale identico al sistema secondario	5
2	Esecuzione in linea di tutti i tests richiesti	2

N. ORD.	PARAMETRI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX
3	Massima ampiezza del menu per test in linea	4
4	Possibilità di effettuare test aggiuntivi con omocisteina I predetti 5 punti sono così ripartiti: a. con omocisteina b. senza omocisteina	5 5 2
5	Cadenza analitica PT I predetti 5 punti sono così ripartiti: a. tra 151-200 test/ora b. > 200 test/ora	5 3 5
6	Capacità Walk Away	5
7	Campionatore superiore a 100 campioni	4
8	TFR (Time of First Result) riferito ad 1 referto standard PT/PTT/FBG	3
9	TFR (Time of First Result) STAT come sopra	3
10	Confezionamento tutti reagenti (taglio delle confezioni) Antitrombina III liquida pronta all'uso	2 2
11	Metodologia analitica per la determinazione dell'INR con particolare riferimento alla tromboplastina, e ai reagenti per PTT e FBG	4
12	Eventuale fornitura di software ed hardware per la gestione dei pazienti in TAO e loro caratteristiche	6

I punteggi saranno attribuiti tenendo conto di una relazione sintetica o scheda conoscitiva (allegato B) (poche righe, le pubblicazioni sono già conosciute), da redigersi da parte della Ditta offerente, circa le caratteristiche descritte e i vantaggi di tali caratteristiche, seguendo lo schema riportato nel predetto allegato B, che potrà essere riprodotto a parte.

Per ciascun lotto, il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata con il metodo di valutazione di cui all'allegato P al D.p.R. n. 207/2010 concernente il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», attraverso l'utilizzo delle seguenti formule:

Per la valutazione qualitativa (precedente punto A) troverà applicazione l'utilizzo della seguente formula (v. Allegato P II) al D.p.R. n. 207/2010:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

Dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a)

n = numero totale dei requisiti

W_i = punteggio attribuito al requisito (i)

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e 1

Σ_n = sommatoria.

I coefficienti V(a)_i sono determinati secondo le seguenti modalità (v. Allegato P al D.p.R. n. 207/2010, lett. a, punto 4):

- a ciascun elemento della qualità sarà attribuito un coefficiente variabile da zero a 1 da ciascun commissario sulla base della propria discrezionalità tecnica;
- Per ciascun elemento è calcolata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario;
- Si procederà, quindi, a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i Commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate;

- I coefficienti come sopra calcolati verranno moltiplicati per i punteggi previsti per gli elementi di natura qualitativa, riportati nelle tabelle che precedono riferite a ciascuno dei lotti, e la somma dei punteggi ottenuti determinerà il punteggio totale assegnato ai vari elementi della qualità e, quindi, all'offerta tecnica.

Nel caso in cui un'offerta tecnica sia parziale, per la mancata presentazione d'informazioni relativamente ad uno o più d'uno degli elementi di valutazione, al relativo concorrente è attribuito inderogabilmente il coefficiente "zero" in corrispondenza dell'elemento di valutazione non presentato, e lo stesso elemento non presentato non è oggetto di valutazione.

Nel caso in cui un'offerta tecnica o parte di essa riguardante uno o più d'uno degli elementi di valutazione, sia in contrasto con gli adempimenti formali prescritti dal disciplinare di gara, troverà applicazione il precedente periodo.

I punteggi saranno apprezzati al secondo decimale per troncamento.

B. CRITERIO DI DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO AL PREZZO DELLA FORNITURA (valido per entrambi i lotti)

Il punteggio massimo pari a 50 punti verrà attribuito al concorrente che avrà formulato l'importo complessivo annuo più basso, Iva esclusa.

Agli altri concorrenti verrà attribuito un punteggio da assegnarsi con la seguente formula:

$$\text{Punteggio società-}i = W_i * V_{(a)i}$$

Dove :

$$V_{(a)i} = \frac{\text{Offerta minima}}{\text{Offerta (a)}}$$

W_i = punteggio massimo attribuito al prezzo (50)

N.B.: Le valutazioni verranno espresse per decimali arrotondati per troncamento alla terza cifra decimale.

C. ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI FINALI

I punteggi ottenuti da ciascuna Ditta per le caratteristiche tecnico-qualitative della fornitura, e per il prezzo, saranno sommati e l'aggiudicazione avverrà a favore della Ditta la cui offerta avrà conseguito il punteggio complessivo più alto, fatta salva la valutazione e verifica della congruità dell'offerta ai sensi di quanto previsto dall'art. 86 e seguenti del D.Lgs 163 del 2006.

D. PARI OFFERTE

Nell'eventualità in cui, ultimate le operazioni di attribuzione dei punteggi, due o più Offerenti risultino a pari punti in testa alla classifica, l'appalto verrà aggiudicato alla Ditta per la quale risulta più elevato il punteggio tecnico, con riferimento alla griglia di valutazione.

In caso di ulteriore situazione di parità, l'appalto verrà aggiudicato mediante sorteggio (ex art. 77 secondo comma del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827).

E. PRESENZA DI UNA SOLA OFFERTA VALIDA

Ai sensi dell'art. 55, comma 4 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., l'Azienda Sanitaria procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.