



OGGETTO: GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN MODALITÀ “SERVICE” DI SISTEMI ANALITICI PER L’ESECUZIONE DI ESAMI DIAGNOSTICI RELATIVI AI SETTORI EMATOLOGIA E COAGULAZIONE, OCCORRENTI PER I LABORATORI DI ANALISI CHIMICO-CLINICHE AZIENDALI

PUBBLICAZIONE CHIARIMENTI N. 2

In relazione alla procedura in oggetto, e nel rispetto del principio della par condicio e trasparenza amministrativa, si forniscono le seguenti informazioni e precisazioni riguardante la fornitura in oggetto che concorrono ad integrare gli atti di gara:

1. **QUESITO:**

- In relazione alla procedura in oggetto, Capitolato tecnico allegato n. 14, pagina 6 “Requisiti”, si chiede se quanto richiesto al punto 6 relativo al Sistema Analitico Principale e al punto 7 relativo al Sistema Analitico Secondario: Stabilità della calibrazione di tutti gli analiti, esclusi elettroliti, almeno 2 settimane, possa intendersi che per alcuni di essi, Fosfatasi Acida, Fosfatasi Prostatica, Marcatori Cardiaci e Beta HCG, sia accettata una stabilità inferiore, in considerazione della quantità dei test richiesti.

RISPOSTA

- **Rif. Lotto n. 1:** I requisiti richiesti all’articolo 5 del capitolato tecnico, punto 6 del sistema analitico principale e punto 7 del sistema analitico secondario inerenti alla “Stabilità della calibrazione di tutti gli analiti, esclusi elettroliti, almeno 2 settimane”, si riferiscono esclusivamente alla chimica clinica e proteine plasmatiche, altrimenti non sarebbe stato previsto nel sistema analitico secondario.

La proposta di 1/2/3 metodiche al disotto della stabilità della calibrazione richiesta, non pregiudica assolutamente l’organizzazione del Laboratorio, né allunga significativamente i tempi analitici di 1/2/3 metodiche, anche in considerazione della numerosità dei test richiesti.

Pertanto la Ditta ha l’obbligo di offrire tutti i kit necessari in relazione al minor periodo di stabilità della calibrazione

=====