



OGGETTO: GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN NOLEGGIO DI AUSILI PER ASSISTENZA RESPIRATORIA DOMICILIARE E DELLA FORNITURA DI AUSILI PER TRACHEOTOMIA, DA ESPERIRSI IN UNIONE REGIONALE DI ACQUISTO AI SENSI DELLA D.G.R. N. 298/2012.

PUBBLICAZIONE CHIARIMENTI N. 5

In relazione alla procedura in oggetto, e nel rispetto del principio della par condicio e trasparenza amministrativa, si forniscono le seguenti informazioni e precisazioni riguardante la fornitura in oggetto che concorrono ad integrare la disciplina di gara:

1. QUESITO

Al fine di poter innalzare la qualità del prodotto offerto, siamo a chiedere di poter offrire, relativamente ai lotti 1, 2, e 3, un’apparecchiatura dotata di umidificatore integrato. Laddove la risposta dovesse essere affermativa, a fronte dei fatti che le apparecchiature con umidificatore integrato hanno un unico codice, e quindi non prevedono un codice a parte per il solo umidificatore, siamo a chiedere conferma che sul modulo di offerta, sulla riga dell’umidificatore, venga concessa la possibilità di indicare il codice della macchina completa.

RISPOSTA

La fornitura dell’umidificatore, come peraltro precisato nel capitolato tecnico, è vincolata alla prescrizione del medico specialista in base alle esigenze terapeutiche dell’assistito. Qualora codesta Ditta intendesse offrire un’apparecchiatura dotata di umidificatore integrato, è possibile indicare nell’offerta economica sulla riga dell’umidificatore lo stesso codice della macchina, precisando che devono essere mantenute ben distinte la quotazione del ventilatore polmonare da quella dell’umidificatore. Corre obbligo di precisare che in siffatta ipotesi, in caso di prescrizione specialistica di apparecchiatura senza umidificatore verrà corrisposto unicamente il canone relativo al solo ventilatore.

2. QUESITO

Nel modello di offerta economica (Allegato 5), il prezzo dell’umidificatore viene richiesto sia al punto 1 (Canone di locazione) e sia al punto 3 (Costo materiali di consumo); siamo a chiedere di chiarire in quale punto debba essere inserita la quotazione offerta.

RISPOSTA

Si precisa che ove il prezzo dell’umidificatore sia riportato al punto 1 (canone di locazione) del modello di offerta economica, non deve essere riportato anche al punto 3 (costo materiali di consumo).

3. QUESITO

Per i lotti 1, 2, 3, 4, 5,6, 7 e 11 del “Prospetto Riassuntivo del fabbisogno annuo di consumabili” (pag. 15 di 18 del capitolato tecnico), alla riga 1 della tabella viene riportato; “maschera nasale o facciale”; avendo i due tipi di maschera costi completamente differenti, precisando altresì che un tipo di maschera esclude l’altro, siamo a chiedere, ai fini di una corretta compilazione



del modello di offerta economica, che vengano specificati i presunti quantitativi/anno suddivisi per ciascuno dei due modelli di maschera richiesti.

RISPOSTA

La tipologia di maschera da consegnare all'assistito a corredo del ventilatore polmonare, sarà quella che verrà riportata nella prescrizione del medico specialista in base alle esigenze terapeutiche dell'assistito. Gli offerenti nella dichiarazione d'offerta economica, dovranno indicare e quotare un solo prodotto come accessorio/consumabile offerto. Allo scopo di consentire la corretta compilazione dell'offerta economica, nel prospetto riassuntivo dal fabbisogno annuo di consumabili/accessori riguardante i lotti 1-2-3-4-5-6-7-8-11-12 (rev. 02), ove sono state riviste le tipologie delle maschere che devono intendersi rispettivamente "Maschera nasale" (rif. 1° rigo) e "Maschera naso bocca (full face)" (rif. 2° rigo). Inoltre, in detto prospetto sono stati specificati i presunti quantitativi/anno ripartiti equamente per ciascuno dei due modelli di maschera richiesti. Al riguardo si precisa che il numero annuo maschere da fornire per ciascun paziente è di 2/anno per i lotti 1 e 2 e di 3/anno per i lotti 3, 4, 5, 6, 7, 11.

Tutte le altre tipologie di accessori/consumabili non comprese nella fornitura offerta, ivi comprese ulteriori modelli di maschere possono essere quotate nell'offerta economica alla voce "Ulteriori tipologie di consumabili e/o accessori" come da fac-simile di offerta economica (rif. allegato 5 rev.01).

4. QUESITO

Per i lotti 3, 5, 6, 7 e 11 del Prospetto Riassuntivo del fabbisogno annuo di consumabili (pag. 15 di 18 del Capitolato Tecnico), alla riga 2 della tabella viene riportato: "maschera naso-bocca (full-face)". Tale dicitura identifica la "maschera facciale" già precedentemente descritta al precedente capoverso, per cui siamo a chiedere chiarimenti in merito al prodotto effettivamente da offrire.

RISPOSTA

Vedi risposta fornita al precedente punto 3.

5. QUESITO

Per i lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 11 del Prospetto Riassuntivo del fabbisogno annuo di consumabili (pag. 15 di 18 del capitolato tecnico), alle righe 3 e 9 della tabella viene riportato rispettivamente: "reggimaschera e mentoniera" e "meccanismi anti-rebreathing"; precisiamo che le maschere attualmente in commercio dispongono già integrati, sia il reggi maschera che il meccanismo anti-rebreathing; siamo pertanto a chiedere che sia possibile offrire tali maschere evitando pertanto di inserire al punto 3 del modello di offerta economica i suddetti accessori, inserendo solo le mentoniere.

RISPOSTA

Se le maschere offerte dispongono già integrati sia il reggimaschera e sia il meccanismo anti-rebreathing, si conferma che è possibile offrire solo le mentoniere.

In allegato si riporta il prospetto riassuntivo dal fabbisogno annuo di consumabili/accessori riguardante i lotti 1-2-3-4-5-6-7-8-11-12 (rev. 02), debitamente revisionato alla luce delle osservazioni pervenute da parte di operatori economici interessati alla partecipazione alla procedura di gara.

6. **QUESITO**

Per i lotti 4, 5, 6 e 7 del Prospetto Riassuntivo del fabbisogno annuo di consumabili (pag. 15 di 18 del capitolato tecnico) alle righe 7 e 14 della tabella viene riportato rispettivamente “Filtri antibatterici all’ingresso circuito pazienti” e “Filtro antibatterico”; entrambe le diciture identificano il medesimo prodotto, e pertanto siamo a chiedere chiarimenti in merito al filtro effettivamente da offrire.

RISPOSTA

I filtri antibatterici all’ingresso circuito pazienti riportati alla riga 7 della tabella sono riferiti al ventilatore polmonare, mentre il filtro antibatterico riportato alla riga 14 della tabella è riferito all’aspiratore medico-chirurgico. Trattasi di un mero errore di posposizione, rettificato nel nuovo prospetto allegato (rev. 02).

7. **QUESITO**

Per i lotti 4, 5, 6 e 7 del Prospetto Riassuntivo del fabbisogno annuo di consumabili (pag. 15 di 18 del capitolato tecnico), alla riga 15 della tabella viene riportato : “Raccordo tra aspiratore e sondino”; precisiamo che tali raccordi sono integrati nei “Sondini per aspirazione” successivamente richiesti alla riga 17, e quindi siamo a chiedere che venga concessa la possibilità di escluderli dall’offerta economica.

RISPOSTA

Le diciture “raccordo tra aspiratore e sondino” (riportata alla riga 15 della tabella) e “sondini aspiratori per laringectomizzati” (riportata alla riga 17 della tabella) sono unificate in un’unica dicitura “sondini aspiratori per laringectomizzati, completi di raccordo tra aspiratore e sondino”, come riportato nel nuovo prospetto riassuntivo allegato (rev. 02).

8. **QUESITO**

Per i lotti 4, 5, 6, 7 e 11 del prospetto Riassuntivo del fabbisogno annuo di consumabili (pag. 15 di 18 del capitolato tecnico), nell’elenco dei consumabili viene riportato: “cannule tracheostomiche”; precisiamo che attualmente il mercato presenta diversi modelli e tipi di cannule, con costi completamente diversi a seconda della marca degli stessi, della loro misura e del materiale con cui sono fabbricate, ed è quindi indispensabile che vengano fornite ulteriori specifiche tecniche al fine di poter permettere, alle aziende partecipanti, poter quotare il prodotto giusto ed essere poste nella condizione di poter confrontare le offerte secondo un equo parametro. Inoltre, sempre relativamente alle cannule tracheostomiche, siamo a chiedere cosa accada nel caso in cui, dietro richiesta da parte del prescrittore di uno specifico modello e marca di cannula tracheostomica, l’aggiudicatario non abbia inserito tale prodotto in offerte.

RISPOSTA

La presenza di cannule tracheotomiche nel prospetto relativo al fabbisogno annuo consumabili e/o accessori è un mero refuso, in quanto tali ausili, unitamente alle medicazioni monouso in compresse sterili per tracheotomia, sono ricompresi nel lotto n. 10 “Ausili per tracheotomia”.

9. **QUESITO**

Per i lotti 4, 5, 6, 7 e 11 del Prospetto Riassuntivo del fabbisogno annuo di consumabili (pag. 15 di 18 del capitolato tecnico), alle righe 8 e 23 della tabella viene riportato rispettivamente: “Termoumidificatore” e “Umidificatore riscaldato”; le due diciture identificano il medesimo



prodotto, e pertanto siamo a chiedere chiarimenti in merito all'umidificatore effettivamente da offrire.

RISPOSTA

Le diciture "termoumidificatore" (riportata alla riga 8 della tabella) e "umidificatore riscaldato" (riportata alla riga 23 della tabella) sono unificate in un'unica dicitura "umidificatore riscaldato", come riportato nel nuovo prospetto riassuntivo allegato (rev. 02).

10. QUESITO

Al punto 6 dell'art. 8.19 del Capitolato Speciale di Appalto (Subentro-Modalità e piano operativo di sostituzione) si legge; ".....la Ditta si impegna a rilevare dal precedente fornitore le attrezzature in dotazione alle stesse condizioni economiche espresse in sede di gara". In base a tale affermazione siamo a chiedere:

- Cosa accada se il precedente fornitore non volesse cedere le proprie apparecchiature al nuovo aggiudicatario.
- Se per "condizioni economiche" si intendono quelle presentate dall'aggiudicatario o quelle presentate dal precedente fornitore.

RISPOSTA

Si conferma la previsione portata dal capitolato speciale di appalto, precisando che le condizioni economiche saranno quelle presentate dall'aggiudicatario.

11. QUESITO

All'art. 7 del Capitolato Speciale di Appalto, si rileva una contraddizione per quanto concerne la possibilità di rigenerare apparecchi già utilizzati da altri pazienti. In particolare viene riportato: "Ciascun ausilio che verrà fornito in noleggio deve essere nuovo di fabbrica ..."; successivamente sempre nello stesso articolo si legge: "detto ausilio, in caso di cessazione per qualsiasi causa del servizio di assistenza respiratoria domiciliare all'assistito che lo ha in uso potrà, nell'ambito del contratto in corso con l'Azienda Sanitaria essere rigenerato a nuovo e rinoleggiato ..."; siamo pertanto a chiedere quali siano le condizioni di fornitura degli apparecchi per i pazienti.

RISPOSTA

Si conferma la previsione portata dai commi 3 e 4 dell'art. 7 del capitolato speciale e, cioè: "Ciascun ausilio che verrà fornito in noleggio deve essere nuovo di fabbrica nella versione più aggiornata, regolarmente collaudato da parte della Ditta, con rilascio all'Azienda Sanitaria della documentazione attestante la data di produzione e le verifiche funzionali svolte sullo specifico apparecchio (data di collaudo, modello, numero di serie, marcatura di conformità a tutte le normative vigenti, etc.). Detto ausilio, in caso di cessazione per qualsiasi causa del servizio di assistenza respiratoria domiciliare all'assistito che lo ha in uso (premorienza, modifica e/o cessazione della terapia, etc.) potrà, nell'ambito del contratto in corso con l'Azienda Sanitaria, essere rigenerato a nuovo e rinoleggiato per periodo non superiore ai tempi minimi di rinnovo previsti dall'art. 5 del D.M. 332/1999. Il ricondizionamento di tali dispositivi deve essere effettuato con tecniche e procedure certificate (cioè approvate dalle case produttrici degli apparecchi stessi), nel rispetto della norma CEI 62-148 con rilascio del documento relativo alle misurazioni effettuate dopo l'intervento per garantire che l'apparecchio sia sicuro dal punto di vista elettrico e terapeuticamente efficiente (secondo i parametri previsti dalle varie norme particolari). Le condizioni di fornitura degli apparecchi per i pazienti saranno quelle previste dal capitolato speciale di appalto e dal capitolato tecnico.



12. QUESITO

In riferimento all'art. 2.1 del Capitolato Tecnico (ausili per ventiloterapia domiciliare) ed in relazione ai lotti 4, 5, e 7, siamo a chiedere di specificare, ai fini di una corretta compilazione del modello di offerta economica, il quantitativo presunto di pazienti trattati in Ventilazione Invasiva e quello di pazienti trattati in Ventilazione Non Invasiva, in quanto gli stessi saranno caratterizzati da materiali di consumo differenti.

RISPOSTA

All'inizio della fornitura il competente Servizio di ciascuna delle Aziende Sanitarie aderenti all'unione regionale di acquisto, fornirà alla Ditta aggiudicataria l'elenco dei pazienti da sottoporre a terapia con l'indicazione per ciascuno di essi del domicilio e della prescrizione medica. Considerata la natura del servizio non quantificabile a priori, ma correlata ad esigenze terapeutiche di pazienti non individuabili preventivamente, tale elenco sarà aggiornato con l'indicazione di eventuali ulteriori pazienti da sottoporre a ventiloterapia domiciliare. Pertanto i quantitativi e la tipologia di apparecchiature si riferiscono a quelle indicate negli atti di gara, i cui fabbisogni annuali riportati nel capitolato tecnico a fianco di ciascun ausilio, hanno valore puramente indicativo.

13. QUESITO

In riferimento al lotto n. 6 "Ventilatore polmonare Bilevel con volume minimo garantito/di sicurezza" riscontriamo delle incongruenze, in quanto in base alle caratteristiche riportate dal Capitolato di Gara, l'apparecchiatura richiesta dovrebbe essere di tipo "bilevel per pazienti non invasivi", mentre nell'elenco degli accessori a corredo vengono richiesti materiali, quali ad esempio i cateteri-mount, i quali sono specifici per pazienti ventilati in modo invasivo. Inoltre, a seguito di una specifica analisi condotta su tale aspetto, siamo a confermarvi che attualmente in commercio non si riscontrano ventilatori Bi-Level dotati di batteria interna. Tale caratteristica, secondo la nostra esperienza di azienda leader nel settore della ventiloterapia domiciliare, ci risulta essere necessaria solo in dispositivi destinati ad utilizzo in modo continuativo da parte del paziente (Life-Support), come ad esempio i ventilatori presso volumetrici. La presenza di batteria integrata in dispositivi Bi-Level, d'altra parte, determinerebbe un aumento sia del peso che delle dimensioni del dispositivo, inficiando di fatto alcuni tra i principali benefici garantiti da questi ventilatori, oltre che portare un inutile aggravio di costi per la Vostra Azienda.

RISPOSTA

Per il ventilatore polmonare Bilevel con volume minimo garantito di sicurezza" di cui lotto n. 6, la richiesta di materiali di consumo quali ad esempio cateteri mount, riportata nel prospetto riassuntivo trattasi di refuso. Pertanto si rinvia nuovo prospetto riassuntivo allegato (rev. 02).

RISPOSTA

Al punto i. del lotto 6 deve leggersi: punto i.: Alimentazione elettrica di rete.

14. QUESITO

In riferimento al lotto n. 12 "Apparecchio per favorire l'espettorazione nei casi di tosse inefficace", analizzando le caratteristiche minime specificate, siamo ad informarvi che le stesse identificano, in modo chiaro ed inequivocabile, un preciso tipo di apparecchio attualmente distribuito in esclusiva da una sola ditta sul territorio nazionale. Tale specifica risulta essere in pieno contrasto con quanto stabilito dal D.Lgs. 163/06 che, all'art. 68 comma 13 recita: "Almeno di non essere giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche non possono



menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti". Siamo pertanto a chiedere che dette caratteristiche vengano riviste.

RISPOSTA

In riferimento alle specifiche tecniche del lotto n. 12, si precisa che laddove le specifiche riportate nel capitolato tecnico identificano un determinato prodotto, le stesse si intendono integrate dall'espressione "o equivalente".

15. QUESITO

Nel disciplinare di gara al punto 8.3 (pag. 17), viene richiesto alle Aziende partecipanti di inoltrare l'allegato B.1, che non risulta essere presente nella documentazione di gara; siamo a chiederne l'invio.

RISPOSTA

L'allegato B.1 intitolato "Scheda questionario" è regolarmente presente tra la documentazione di gara e liberamente scaricabile dal sito web aziendale all'indirizzo: www.aspbasilicata.net, sezione concorsi | bandi | atti. Si informa che detto allegato, alla luce dei chiarimenti richiesti dagli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di gara, è stato revisionato allo scopo di adeguarlo alle risposte fornite da questa Azienda Sanitaria. Il nuovo allegato **B.1 rev. 01** è reso disponibile sul sito web aziendale all'indirizzo www.aspbasilicata.net, sezione concorsi | bandi | atti. Tuttavia si fa presente che nella colonna destra del suddetto allegato, dovranno essere riportati i valori e/o parametri tecnici relativi all'apparecchiatura proposta dal concorrente, indipendentemente dalla circostanza della presenza, nella colonna sinistra, di eventuali refusi o errori materiali rispetto a quanto riportato nel capitolato tecnico.

16. QUESITO

Durata del contratto – art. 8 Disciplinare di gara; "Durata del contratto" – Art. 4 Capitolato d'Appalto. Nel rilevare che l'art. 8 del Disciplinare di gara prevede che "... in attesa della definizione di un nuovo contratto, la Ditta sarà tenuta a continuare la fornitura alle stesse condizioni già pattuite per un ulteriore periodo di massimo 180 giorni_...", mentre l'art. 4 del capitolato speciale d'appalto stabilisce che "... In attesa della definizione di un nuovo contratto, la Ditta sarà tenuta a continuare la fornitura alle stesse condizioni già pattuite per un ulteriore periodo massimo di un anno. Si chiede di voler precisare per quanto tempo l'aggiudicatario sarà tenuto ad eseguire la fornitura alle medesime condizioni, nelle more di espletamento della nuova procedura di gara.

RISPOSTA

All'ultimo comma dell'articolo 4 del capitolato speciale deve leggersi: "In attesa della definizione di un nuovo contratto, la Ditta sarà tenuta a continuare la fornitura alle stesse condizioni già pattuite per un ulteriore periodo massimo di 180 giorni".

17. QUESITO

"Requisiti tecnico-qualitativi degli ausili" – art. 7 Capitolato Speciale d'Appalto.

L'art. 7 del Capitolato Speciale d'Appalto dispone l'obbligo per la Ditta aggiudicataria di fornire in noleggio ausili "nuovi di fabbrica nella versione più aggiornata". Tale prescrizione risulta troppo penalizzante, in quanto non si comprende la differenza tra un'apparecchiatura nuova di fabbrica e un'apparecchiatura rigenerata a nuovo (verificata, collaudata e sanificata).



Si chiede pertanto di verificare la disposizione “Ciascun ausilio che verrà fornito in noleggio deve essere nuovo di fabbrica nella versione più aggiornata” sostituendola con la seguente frase: “Ciascun ausilio che verrà fornito in noleggio deve essere nuovo di fabbrica o rigenerato o nuovo nella versione più aggiornata”.

RISPOSTA

Si conferma la previsione portata dai commi 3 e 4 dell’art. 7 del capitolato speciale e, cioè: “Ciascun ausilio che verrà fornito in noleggio deve essere nuovo di fabbrica nella versione più aggiornata, regolarmente collaudato da parte della Ditta, con rilascio all’Azienda Sanitaria della documentazione attestante la data di produzione e le verifiche funzionali svolte sullo specifico apparecchio (data di collaudo, modello, numero di serie, marcatura di conformità a tutte le normative vigenti, etc.). Detto ausilio, in caso di cessazione per qualsiasi causa del servizio di assistenza respiratoria domiciliare all’assistito che lo ha in uso (premorienza, modifica e/o cessazione della terapia, etc.) potrà, nell’ambito del contratto in corso con l’Azienda Sanitaria, essere rigenerato a nuovo e rinoleggiato per periodo non superiore ai tempi minimi di rinnovo previsti dall’art. 5 del D.M. 332/1999. Il ricondizionamento di tali dispositivi deve essere effettuato con tecniche e procedure certificate (cioè approvate dalle case produttrici degli apparecchi stessi), nel rispetto della norma CEI 62-148 con rilascio del documento relativo alle misurazioni effettuate dopo l’intervento per garantire che l’apparecchio sia sicuro dal punto di vista elettrico e terapeuticamente efficiente (secondo i parametri previsti dalla varie norme particolari.

18. QUESITO

Requisiti tecnico-qualitativi degli ausili – art. 7 Capitolato Speciale d’Appalto. Con riferimento all’art. 7 del Capitolato Speciale d’Appalto, nella parte in cui è prevista per l’Azienda Sanitaria la possibilità di richiedere alla Ditta la fornitura di altri modelli suggeriti dall’evoluzione tecnica o resi necessari da motivi di aggiornamento terapeutico. Si chiede di voler precisare come verrà stabilito prezzo di tale diversa apparecchiatura (che non sia semplicemente la versione più aggiornata del modello oggetto di noleggio).

RISPOSTA

Si precisa che trattasi di versione più aggiornata del modello oggetto di noleggio

19. QUESITO

Attivazione del Servizio – Modalità di consegna art. 8.1 Capitolato Speciale d’Appalto. In relazione all’art. 8.1 del Capitolato Speciale d’Appalto, si chiede di voler precisare quali siano i canoni in base ai quali verrà determinata l’urgenza dei casi trattati e di voler stimare l’incidenza dei casi “urgenti” sul totale dei casi trattati nell’anno 2012, per meglio consentire la predisposizione dell’offerta economica.

RISPOSTA

Non sono disponibili dati relativi ai casi “urgenti” trattati nell’anno 2012. L’urgenza della richiesta è stabilita con motivazione riportata nella prescrizione del medico specialista in relazione alle esigenze terapeutiche dell’assistito, e si intende compresa nelle condizioni contrattuali.

20. QUESITO

Attività di Consulenza – art. 8.8 Capitolato Speciale di Appalto. Con riferimento all’art. 8.8 del Capitolato Speciale d’Appalto, si chiede di voler precisare le modalità attraverso le quali dovrà



essere espletata l'attività consulenziale, se attraverso l'organizzazione di incontri periodici e, in tale eventualità con quale cadenza la Ditta aggiudicataria dovrà programmarli, ovvero se attraverso altri strumenti e quali.

RISPOSTA

L'attività di consulenza si intende ricompresa nell'ambito di quanto previsto dall'art. 4 comma 8 del D.M. 332/1999 che prescrive l'impegno del fornitore dell'ausilio a fornire al paziente e eventualmente a chi lo assiste, dettagliate istruzioni sulla manutenzione e sull'uso del dispositivo erogato, anche a mezzo di indicazioni scritte. Si rimanda in proposito all'art. 8.4 del capitolato speciale che esplicita l'attività di "affiancamento agli utenti", con esclusione dell'impostazione dei parametri del ventilatore da effettuarsi secondo la prescrizione medico specialistica, in quanto trattasi di attività riferita solo ed esclusivamente al tecnico specialista della Ditta, e non al paziente, come già precisato in altri chiarimenti precedentemente pubblicati.

21. QUESITO

Documentazione Tecnica – art. 18 Disciplinare di gara – Paragrafo B.2. Con riferimento alle "Schede Tecniche degli ausili offerti e/o depliant illustrativi", il paragrafo B.2 dell'art. 18 del Disciplinare di Gara prevede l'indicazione de"... Il corrispondente codice CIVAB di identificazione univoco della tecnologia biomedica offerta ...". Si segnala, sul punto, che l'introduzione della codifica CND e RDM ha sostituito la codifica CIVAB a far data dal 27 gennaio 2010. Pertanto si chiede di rettificare quanto richiesto, eliminando da tutti gli atti di gara il riferimento al codice CIVAB.

RISPOSTA

Si conferma che l'indicazione del codice CIVAB di identificazione univoca della tecnologia biomedica offerta in quanto superata, è sostituita dalla codifica della classificazione nazionale dei dispositivi medici (CND) e dal numero di repertorio dei dispositivi medici (RDM).

22. QUESITO

Documentazione Tecnica art. 18 Disciplinare di Gara – Paragrafo B.6. Con riferimento alle "Schede tecniche relative ai materiali di consumo da utilizzare con gli ausili proposti, ed in particolare alle maschere e alle cannule, si chiede se sia possibile produrre più di una scheda tecnica per ciascuna tipologia di prodotto.

RISPOSTA

E' possibile produrre più di una scheda tecnica per ciascuna tipologia di prodotto.

23. QUESITO

Ausili per ventiloterapia domiciliare - art. 2 Capitolato Tecnico – Lotto 1 In relazione al Lotto 1 (Capitolato Tecnico), si segnala che la maggior parte dei Ventilatori Pressometrici CPAP attualmente in commercio presentano la caratteristica "compensazione dell'altitudine manuale e non automatica. Si chiede pertanto, al fine di evitare la lesione dei principi di massima partecipazione alle gare d'appalto e di libera concorrenza, di voler rettificare la previsione contenuta nel Capitolato tecnico e relativa al Lotto 1, punto di elenco f. Si segnala inoltre che l'allegato B.1 (Scheda questionario) riporta le medesime caratteristiche previste all'art. 2 del Capitolato per il Lotto n. 1. Si chiede di voler conseguentemente rettificare la tabella.



RISPOSTA

Il requisito richiesto al punto f. del lotto n. 1 deve leggersi “compensazione dell’altitudine”; Per quanto attiene all’allegato B.1 “Scheda questionario”, si informa che detto allegato, alla luce dei chiarimenti richiesti dagli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di gara, è stato revisionato allo scopo di adeguarlo alle risposte fornite da questa Azienda Sanitaria. Il nuovo allegato **B.1 rev. 01** è reso disponibile sul sito web aziendale all’indirizzo www.aspbasilicata.net, sezione concorsi | bandi | atti.

Tuttavia si fa presente che nella colonna destra del suddetto allegato, dovranno essere riportati i valori e/o parametri tecnici relativi all’apparecchiatura proposta dal concorrente, indipendentemente dalla circostanza della presenza, nella colonna sinistra, di eventuali refusi o errori materiali rispetto a quanto riportato nel capitolato tecnico.

24. QUESITO

Ausili per ventilo terapia domiciliare – art. 2 Capitolato Tecnico – Lotto 1 -In relazione al Lotto 1 (Capitolato Tecnico), si chiede di voler meglio precisare cosa si intenda per “Capacità di memorizzazione dei dati”. Tale capacità si riferisce allo strumento del Conta ore?

RISPOSTA

Per capacità di memorizzazione dei dati (requisito g. del lotto 1) si intende riferita allo strumento del contaore.

25. QUESITO

“Ausili per ventilo terapia domiciliare” – art. 2 Capitolato Tecnico – Lotto 3 -In relazione al lotto 3 (Capitolato Tecnico), si segnala che la maggior parte dei ventilatori Bilevel attualmente in commercio sono caratterizzati da un range di impostazione IPAP compreso tra 4 e 30 e da un range di impostazione EPAP compreso tra 4 e 20 cm H₂O. Si chiede pertanto a codesta spett. le A.S.P., al fine di evitare la lesione dei principi di massima partecipazione alle gare d’appalto e di libera concorrenza, di voler rettificare le previsioni contenute nell’art. 2 del Capitolato Tecnico e relative al Lotto 3.

RISPOSTA

Al fine di aumentare il numero di possibili partecipanti alla gara, si indicano i seguenti valori delle pressioni:

IPAP variabile da 4 a 30 cm H₂O; ----- EPAP variabile da 4 a 20 cm H₂O

26. QUESITO

Allegato B.1 – Scheda Questionario – Lotto 3 -In riferimento al quesito che precede, nel segnalare che l’allegato B.1 (Scheda Questionario) riporta le medesime caratteristiche previste all’art. 2 del Capitolato per il Lotto n. 3, si chiede di voler conseguentemente rettificare la tabella.

RISPOSTA

Vedi risposta fornita in merito al precedente punto 23.

27. QUESITO

Ausili per ventilo terapia domiciliare – art. 2 Capitolato Tecnico – Lotto 4 -In relazione al Lotto 4 (Capitolato Tecnico), si segnala che la maggior parte dei ventilatori pressovolumetrici attualmente in commercio presentano caratteristiche tecniche diverse da quelle prescritte da codesta spett. le A.S.P.; in particolare risultano sprovviste della proprietà indicata al punto g.



“Umidificatore riscaldato integrato”. Si chiede pertanto, al fine di evitare la lesione dei principi di massima partecipazione alle gare d’appalto e di libera concorrenza, di voler rettificare la previsione contenuta nel Capitolato Tecnico e relativa al lotto 4, punto di elenco g.

RISPOSTA

Atteso che la fornitura dell’umidificatore riscaldato è vincolata alla prescrizione del medico specialista in base alle esigenze terapeutiche dell’assistito, il requisito di cui al punto g. del lotto 4 deve leggersi “umidificatore riscaldato integrabile”.

28. QUESITO

Ausili per ventilo terapia domiciliare – art. 2 Capitolato Tecnico – Lotto 5 -In relazione al lotto 5 (Capitolato Tecnico), si segnala che la maggior parte dei ventilatori volumetrici attualmente in commercio presentano caratteristiche tecniche diverse da quelle prescritte da codesta spett.le A.S.P.; in particolare risultano sprovviste della proprietà indicata al punto e. “Umidificatore riscaldato integrato”. Si chiede pertanto, al fine di evitare la lesione dei principi di massima partecipazione alle gare d’appalto e di libera concorrenza, di voler rettificare la previsione contenuta nel Capitolato Tecnico e relativa al Lotto 5, punto di elenco e.

RISPOSTA

Poiché la fornitura dell’umidificatore riscaldato è vincolata alla prescrizione del medico specialista in base alle esigenze terapeutiche dell’assistito, il requisito di cui al punto e. del lotto 5 deve leggersi “umidificatore riscaldato integrabile”.

29. QUESITO

Ausili per ventilo terapia domiciliare” – art. 2. Capitolato Tecnico – lotto 11

In relazione al lotto 11 (Capitolato Tecnico), si segnala quanto segue:

- Risulta impossibile determinare le caratteristiche tecniche concernenti gli intervalli di pressione IPAP ed EPAP richieste da codesta spett. le A. S.P. per i ventilatori Auto B-PAP. Si chiede pertanto di voler rettificare le previsioni contenute nell’art. 2 del capitolato tecnico – Lotto 11 relative agli intervalli di pressione IPAP ed EPAP.
- La frequenza respiratoria si misura in battiti per minuto (bpm) e non in cmH₂O. Risulta pertanto impossibile determinare le caratteristiche tecniche richieste da codesta spett. le A. S.P. concernenti la frequenza respiratoria per i ventilatori Auto B-PAP. Si chiede allora di voler rettificare le previsioni contenute nell’art. 2 del Capitolato Tecnico – lotto 11 relative alla frequenza respiratoria.

RISPOSTA

Gli intervalli di pressione devono intendersi: IPAP variabile da 3 a 25 cmH₂O ----- EPAP variabile da 4 a 20 cmH₂O; -----La frequenza respiratoria deve intendersi da 8 a 30 bpm.

30. QUESITO

Allegato 8.1 – scheda questionario – Lotto 11 -Con riferimento al quesito che precede, nel segnalare che l’Allegato B.1 (Scheda questionario) riporta le medesime caratteristiche previste all’art. 2 del Capitolato per il lotto n. 11, si chiede di voler conseguentemente rettificare la tabella, adeguandola con le precisazioni che agli stessi vorrete fornire.

RISPOSTA

Vedi risposta fornita al precedente punto 23.

31. QUESITO

Allegato 5 – offerta Economica -Con riferimento al materiale di consumo, al fine della ponderazione dell’offerta economica, alla luce della notevole variabilità del prezzo, in funzione del tipo/modello di maschera, si prega di confermare se debba essere fornita qualunque tipologia e/o modello di maschera prescritta dal medico specialista e se, in fase di compilazione offerta economica, debba essere indicato un unico prezzo (forfettario) per tipologia (es. un solo prezzo per maschera nasale, facciale, olive nasali. In caso affermativo, si prega di voler specificare cosa debba indicarsi nella casella “Marca” e “Codice prodotto” E’ possibile indicare “varie”?

RISPOSTA

Offerta economica -Gli offerenti nella dichiarazione d’offerta economica, dovranno indicare e quotare un solo prodotto come accessorio/consumabile offerto. Allo scopo di consentire la corretta compilazione dell’offerta economica, nel prospetto riassuntivo dal fabbisogno annuo di consumabili/accessori riguardante i lotti 1-2-3-4-5-6-7-8-11-12 (rev. 02), sono stati specificati i presunti quantitativi/anno ripartiti equamente per ciascuno dei due modelli di maschera richiesti. Al riguardo si precisa che il numero annuo maschere da fornire per ciascun paziente è di 2/anno per i lotti 1 e 2 e di 3/anno per i lotti 3, 4, 5, 6, 7, 11.

Per ciascun prodotto consumabile e/o accessorio dovranno essere indicati i riferimenti individuativi dello stesso, quali risultanti dalle schede tecniche presentate e, cioè: marca, codice, denominazione, etc. Tutte le altre tipologie di accessori/consumabili non comprese nella fornitura offerta, ivi comprese ulteriori modelli di maschere possono essere quotate nell’offerta economica alla voce “Ulteriori tipologie di consumabili e/o accessori” come da facsimile di offerta economica (rif. allegato 5 rev.01).

32. QUESITO

Capitolato speciale –Prospetto riassuntivo fabbisogno annuo del materiale consumabile

Si rileva che nel prospetto riassuntivo fabbisogno annuo consumabili e/o accessori per singolo ausilio, sono indicate le seguenti due tipologie di maschere

- Maschere nasale o facciale
- Maschera naso-bocca (full-face)

Si fa presente che il termine facciale è sinonimo naso-bocca. Si prega, quindi di rettificare le due tipologie di maschere.

RISPOSTA

La tipologia di maschera da consegnare all’assistito a corredo del ventilatore polmonare, sarà quella che verrà riportata nella prescrizione del medico specialista in base alle esigenze terapeutiche dell’assistito. In allegato si riporta il prospetto riassuntivo dal fabbisogno annuo di consumabili/accessori riguardante i lotti 1-2-3-4-5-6-7-8-11-12 (rev. 02), debitamente revisionato alla luce delle osservazioni pervenute da parte di operatori economici interessati alla partecipazione alla procedura di gara, e con il quale sono state recepite le osservazioni in ordine alla tipologia delle maschere che devono intendersi rispettivamente “Maschera nasale” (rif. 1° rigo) e “Maschera naso bocca (full face) (rif. 2° rigo).

33. QUESITO

Capitolato tecnico –Prospetto riassuntivo fabbisogno annuo materiale consumabile -Poiché risulta mancare l’indicazione del quantitativo annuo presunto della maschera naso-bocca (full face) per il lotto 4, si prega di volerlo cortesemente indicare.



RISPOSTA

Vedi risposta fornita al precedente punto 32.

AVVISO DI PROROGA TERMINE DI SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE

- In considerazione delle innumerevoli richieste d'informazioni complementari e precisazioni sulla documentazione di gara, pervenute da parte di operatori economici interessati a partecipare alla procedura di gara per l'affidamento del servizio in oggetto, si comunica che con apposito avviso pubblicato sul sito web aziendale all'indirizzo www.aspbasilicata.net, sezione concorsi | bandi | atti, è stata disposta la proroga del termine di scadenza per la presentazione delle offerte alle **ore 13:00 del giorno 22/02/2013**.

Quanto sopra per consentire ai concorrenti di avere piena conoscenza, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, delle informazioni complementari pubblicate sul sito aziendale all'indirizzo precedentemente indicato che concorrono a integrare la disciplina di gara, nel rispetto del principio della par condicio e trasparenza amministrativa a tutela dell'interesse pubblico, e in osservanza al principio della massima partecipazione alla procedura di gara di cui trattasi.

Chiunque alla data di pubblicazione del presente avviso avesse già inviato la propria offerta, ha facoltà di richiederne la restituzione al fine di riformulare la stessa.

Si precisa che eventuali richieste di chiarimenti che perverranno dopo la pubblicazione del presente avviso, non saranno prese in considerazione.

REVISIONE SCHEMI DI ATTI DI GARA

Alla luce dei chiarimenti richiesti dagli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di gara, si è reso necessario revisionare i seguenti allegati allo scopo di adeguarli alle risposte fornite da questa Azienda Sanitaria:

- Allegato B.1 titolato "Scheda questionario". Il nuovo allegato **B.1 rev. 01** è reso disponibile sul sito web aziendale all'indirizzo www.aspbasilicata.net, sezione concorsi | bandi | atti.
- Allegato 10 titolato "capitolato tecnico". Il nuovo allegato **Capitolato tecnico rev. 01** è reso disponibile sul sito web aziendale all'indirizzo www.aspbasilicata.net, sezione concorsi | bandi | atti.
- Allegato 5 titolato "Fac-simile di offerta economica". Il nuovo allegato **5 rev. 01** è reso disponibile sul sito web aziendale all'indirizzo www.aspbasilicata.net, sezione concorsi | bandi | atti.

Ai sensi dell'art. 38 del disciplinare di gara, si raccomanda agli operatori economici interessati alla partecipazione alla gara, di visitare nuovamente il sito web: **www.aspbasilicata.net**, sezione **concorsi | bandi | atti** prima della spedizione del plico contenente l'offerta per verificare la presenza di eventuali modifiche e/o integrazioni ovvero di ulteriori chiarimenti pubblicati.

=====



**PROSPETTO RIASSUNTIVO FABBISOGNO ANNUO CONSUMABILI E/O ACCESSORI PER SINGOLO AUSILIO PER ASSISTENZA RESPIRATORIA REV.02
RIF. LOTTI 1-2-3-4-5-6-7-8-11-12**

DESCRIZIONE CONSUMABILI E/O ACCESSORI	LOTTO 1	LOTTO 2	LOTTO 3	LOTTO 4	LOTTO 5	LOTTO 6	LOTTO 7	LOTTO 8	LOTTO 11	LOTTO 12
MASCHERA NASALE, corredata di reggi maschera e meccanismo anti-rebreathing (quando necessario)	580	430	126	357	21	38	18	///	60	///
MASCHERA NASO -BOCCA (FULL FACE) corredata di reggi maschera e meccanismo anti-rebreathing (quando necessario)	///	///	126	357	21	38	18	///	60	///
MENTONIERA	580	430	252	714	42	75	36	///	120	///
CIRCUITO TUBI	580	430	252	1428	84	150	72	///	120	///
FILTRI:										
▪ FILTRI SPUGNOSI ANTI-POLVERE, RIUTILIZZABILI OVE PRESENTI NELLA MACCHINA	1160	860	336	1428	84	150	72	///	160	///
▪ FILTRI ANTIBATTERICI ALL'INGRESSO CIRCUITO PAZIENTI	3480	2580	2016	5712	336	600	288	///	960	///
UMIDIFICATORE RISCALDATO (SE RICHIESTO), COMPLETO DI:	290	215	84	238	14	25	12	///	40	///
CAMERE DI UMIDIFICAZIONE	///	///	///	2856	168	300	144	///	480	///
BICCHERI RACCOGLI CONDENSA SUL CIRCUITO PAZIENTE	///	///	///	1428	84	150	72	///	240	///
FILTRI SCAMBIATORI CALORE -UMIDITA' PER CANNULE TRACHEOSTOMICHE (NASO ARTIFICIALE)	///	///	///	86870	5110	9125	4380	///	///	///
CARRELLO DI SUPPORTO REGGITUBO (una sola volta)	///	///	///	238	14	25	12	///	///	///
VENTILATORE DI RISERVA (VENTILATORE DI BACK-UP) (una sola volta)	///	///	///	238	14	25	12	///	///	///



DESCRIZIONE CONSUMABILI E/O ACCESSORI	LOTTO 1	LOTTO 2	LOTTO 3	LOTTO 4	LOTTO 5	LOTTO 6	LOTTO 7	LOTTO 8	LOTTO 11	LOTTO 12
ASPIRATORE MEDICO-CHIRURGICO, provvisto di filtro antibatterico e raccordo tra aspiratore e sondino (una sola volta)	///	///	///	476	28	50	24	10	///	///
CATETERE MOUNT PER TRACHEOTOMIZZATO IN VENTILAZIONE	///	///	///	36176	2128	///	1824	///	///	///
SONDINI ASPIRATORI PER LARINGECTOMIZZATI	///	///	///	285600	16800	30000	14400	6000	///	48000
FASCETTE A STRAPPO CANNULE PER TRACHEOTOMIZZATO IN VENTILAZIONE	///	///	///	17136	1008	1800	864	///	///	///
SATURIMETRO (una sola volta)	///	///	///	238	14	25	12	///	///	///
PALLONE AMBU (una sola volta)	///	///	///	238	14	25	12	///	///	///

LEGENDA:

LOTTO N. 1: VENTILATORE PRESSOMETRICO CPAP

LOTTO N. 2: VENTILATORE AUTO CPAP

LOTTO N. 3: VENTILATORE PRESSOMETRICO B-LEVEL S/T

LOTTO N. 4: VENTILATORE PRESSO-VOLUMETRICO

LOTTO N. 5: VENTILATORE VOLUMETRICO

LOTTO N. 6: VENTILATORE POLMONARE B-LEVEL CON VOLUME MINIMO GARANTITO DI SICUREZZA

LOTTO N. 7 VENTILATORE POLMONARE PRESSO-VOLUMETRICO AD ALTE PRESTAZIONI

LOTTO N. 8: VENTILATORE POLMONARE A PRESSIONE NEGATIVA ESTERNA

LOTTO N. 11: VENTILATORE AUTO B-PAP

LOTTO N. 12: APPARECCHIO PER FAVORIRE L'ESPETTORAZIONE NEI CASI DI TOSSE INEFFICACE

MATERIALE DI CONSUMO DA QUOTARE IN OPZIONE IN OFFERTA, a titolo esemplificativo:

FILTRI HME "Heath and Moisture Exchangers" PER L'UMIDIFICAZIONE DELL'ARIA INSPIRATA (rif. lotti 4 – 5 – 6 – 7) Fabbisogno presunto annuo 180/anno per paziente
INTERFACCIA CON OLIVE NASALI (RIF. LOTTI 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11) Fabbisogno da determinarsi su richiesta del prescrittore
ULTERIORI TIPOLOGIE DI MASCHERE NASALI E/O NASO-BOCCA