



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
BASILICATA
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN MODALITA’
“SERVICE” DI SISTEMI ANALITICI PER L’ESECUZIONE DI ESAMI
DIAGNOSTICI RELATIVI AL SETTORE IMMUNOMETRIA ALTERNATIVA,
OCCORRENTI PER I LABORATORI DI ANALISI CHIMICO-CLINICHE AZIENDALI**

ALLEGATO B.5

**GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
(Art. 83, D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.)**



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE (Art. 83, D.Lgs. n. 173/06)

Ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, ad ogni Offerente verrà attribuito un punteggio da determinarsi in base alla seguente ripartizione:

ELEMENTO DI VALUTAZIONE

A. CARATTERISTICHE TECNICO-QUALITATIVE DELLA FORNITURA	MAX PUNTI 50
B. PREZZO OFFERTO	MAX PUNTI 50
TOTALE	PUNTI 100

A. CRITERIO DI DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO ALLE CARATTERISTICHE TECNICO-QUALITATIVE DELLA FORNITURA

Il punteggio relativo alle caratteristiche tecnico-qualitative verrà attribuito, per ciascuno dei lotti in gara, secondo lo schema riportato di seguito.

NOTA (VALIDA PER TUTTI I LOTTI)

Non saranno ammesse alla valutazione economica, le offerte delle Ditte concorrenti che non avranno raggiunto per le caratteristiche tecnico-qualitative del sistema (VOCE A), il punteggio minimo di 30 punti.

B. PREZZO OFFERTO

MAX PUNTI 50

Il punteggio massimo pari a 50 punti verrà attribuito al concorrente che avrà formulato l'importo complessivo annuo più basso, Iva esclusa.

Agli altri concorrenti verrà attribuito un punteggio inversamente proporzionale rispetto al miglior prezzo offerto, calcolato con l'applicazione della seguente formula:

$$\text{Punteggio società-i} = \frac{\text{Prezzo più basso} \times 50}{\text{Prezzo offerto società-i}}$$

C. ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI FINALI

I punteggi ottenuti da ciascuna Ditta per le caratteristiche tecnico-qualitative della fornitura, e per il prezzo, saranno sommati e l'aggiudicazione avverrà a favore della Ditta la cui offerta avrà conseguito il punteggio complessivo più alto, fatta salva la valutazione e verifica della congruità dell'offerta ai sensi di quanto previsto dall'art. 86 e seguenti del D.Lgs 163 del 2006 e s.m.i.

D. PARI OFFERTE

In caso di offerte con uguale punteggio totale l'aggiudicazione sarà a favore del concorrente che avrà conseguito il punteggio superiore per le caratteristiche tecnico-qualitative.

In caso di offerte che si trovino in parità di entrambi i punteggi, si procederà nel seguente modo:

- I concorrenti presenti, muniti di idonea procura, che hanno ottenuto uguale punteggio, saranno invitati, seduta stante, a migliorare la propria offerta economica, producendola in busta chiusa; la stessa verrà aperta immediatamente, e letta alla presenza dei concorrenti stessi;
- Se nessuno dei concorrenti dovesse risultare presente, ovvero se presenti nessuno propone un'offerta migliorativa, o se risultasse presente solo uno dei concorrenti con uguale punteggio, si procederà seduta stante, mediante estrazione a sorte ai sensi dell'art. 77 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827.

E. PRESENZA DI UNA SOLA OFFERTA VALIDA

In presenza di una sola offerta valida, l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di confermare o meno l'aggiudicazione, a suo insindacabile giudizio.



LOTTO N. 1: FORNITURA "IN SERVICE" DI SISTEMA ANALITICO PER L'ESECUZIONE DI ESAMI DIAGNOSTICI RELATIVI AI MARCATORI PER EPATITE E MARCATORI TUMORALI

I 50 punti relativi alle **caratteristiche tecnico-qualitativi dei sistemi proposti (PARAMETRO A)**, sono così ripartiti:

N. ORD.	PARAMETRI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX
1	CADENZA ANALITICA SUPERIORE A 150 TEST/ORA (a scalare)	5
2	UTILIZZO DI PUNTALE MONOUSO PER LA DISPENSAZIONE DEI CAMPIONI	2
3	STABILITÀ DELLA CURVA DI CALIBRAZIONE VALIDA PER L'INTERO LOTTO	6
4	CONTROLLI PRONTI ALL'USO	2
5	CALBRATORI PRONTI ALL'USO	2
6	REAGENTI PRONTI ALL'USO	2
7	STABILITÀ DEI REAGENTI DOPO L'APERTURA ON BOARD	4
8	MASTER CURVA MEMORIZZATE	5
9	NUMERO DI CAMPIONI ON BOARD SUPERIORI A 50 Si attribuiranno 0,5 punti per ogni 10 campioni o frazione	2
10	POSSIBILITÀ DI MANTENERE I REAGENTI ON BOARD (in pratica deve essere previsto un sistema di refrigerazione sull'apparecchiatura del carosello reagenti)	5
10	MENÙ DI ANALITI PREVISTI PER IL SETTORE IMMUNOMETRIA ESCLUSO TIROIDE E ORMONI	7
11	DOSAGGIO HCV ANTIGENE CORE QUANTITATIVO	5
12	MARCATORI TUMORALI: ANTICORPI STANDARDIZZATI CON METODICHE 2 STEPS	3

LOTTO N. 2: FORNITURA "IN SERVICE" DI SISTEMA ANALITICO PER L'ESECUZIONE DI ESAMI DIAGNOSTICI RELATIVI A ORMONI E TIROIDE ED ORMONI FERTILITA'

I 50 punti relativi alle **caratteristiche tecnico-qualitativi dei sistemi proposti (PARAMETRO A)**, sono così ripartiti:

N. ORD.	PARAMETRI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX
1	<p>CARATTERISTICHE RITENUTE IMPORTANTI DELLA STRUMENTAZIONE PROPOSTA</p> <p>I predetti 41 punti, sono così ripartiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. cadenza analitica superiore a 150 test/ora (a scalare) 3 b. Utilizzo di puntale monouso per la dispensazione dei campioni 4 c. Tempo minimo di uscita del primo risultato analitico dal campionamento (a scalare) 5 d. Sensore di livello con rilevazione della presenza di coaguli o fibrina 2 e. Stabilità curva di calibrazione superiore a 2 settimane - Alla migliore stabilità 5 (NB. Qualora la stabilità della curva duri fino al cambio del lotto la Ditta deve dichiarare la frequenza del cambio del lotto previsto nell'anno). f. Calibratori pronti all'uso 2 g. Reagenti pronti all'uso 2 h. Stabilità dei reagenti dopo l'apertura 2 i. Possibilità di mantenere i reagenti on board (in pratica deve essere previsto un sistema di refrigerazione sull'apparecchiatura del carosello reagenti) 5 j. Ripetizioni e diluizioni automatiche 3 k. Reflex test per ormoni tiroidei 5 l. Menù di analiti previsti per il settore immunometria, superiore a quanto richiesto 3 	41
2	<p>QUALITÀ ANALITICA</p> <p>I predetti 9 punti, sono così ripartiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. * Effetto gancio (Hook-effect) sul TSH alla concentrazione più alta (come certificato da metodica) 2 b. * Massimo range di lettura sul TSH (senza diluizione) 3 c. *Purificazione dell'antigene nella preparazione del saggio immunometrico quantitativo per il dosaggio degli anticorpi anti tiroide, in particolar modo anti – TPO utilizzando tecniche del DNA ricombinate 2 d. *Preparazione di riferimento per anti-Tg diverse da IRP 65/943 (WHO EBCS) e per Anti-TPO diverse da MRC 66/387, in pratica più recenti 2 	9

NB.

I punti contrassegnati con asterisco devono essere specificati sui depliant o sulle metodiche, o certificati da enti Terzi (a loro volta certificati o certificatori). Non sono ammesse dichiarazioni di autocertificazione.

LOTTO N. 3: FORNITURA "IN SERVICE" DI UN SISTEMA ANALITICO PER L'ESECUZIONE DI ESAMI DIAGNOSTICI RELATIVI ALLA TIROIDE – MARCATORI TUMORALI E MISCELLANEA

I 50 punti relativi alle **caratteristiche tecnico-qualitativi dei sistemi proposti (PARAMETRO A)**, sono così ripartiti:

N. ORD.	PARAMETRI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX
1	CARATTERISTICHE RITENUTE IMPORTANTI DELLA STRUMENTAZIONE PROPOSTA I predetti 37 punti , sono così ripartiti: a. cadenza analitica superiore a 150 test/ora (a scalare) 4 b. Utilizzo di puntale monouso per la dispensazione dei campioni 2 c. Tempo minimo di uscita del primo risultato analitico dal campionamento (a scalare) 3 d. Stabilità curva di calibrazione superiore a 2 settimane - Alla migliore stabilità 3 (NB. Qualora la stabilità della curva duri fino al cambio del lotto la Ditta deve dichiarare la frequenza del cambio del lotto previsto nell'anno). e. Calibratori pronti all'uso 3 f. Reagenti pronti all'uso 3 g. Stabilità dei reagenti dopo l'apertura 2 h. Ripetizioni e diluizioni automatiche 4 i. Reflex test per ormoni tiroidei 3 j. Menù di analiti previsti per il settore immunometria, superiore a quanto richiesto 3 k. Metodiche in linea oltre i 20 4 l. Rivelazione degli interferenti (emolisi /ittero): Serum index 3	37
2	QUALITÀ ANALITICA I predetti 13 punti , sono così ripartiti: a. Effetto gancio (Hook-effect) sul TSH alla concentrazione più alta (come certificato da metodica) 2 b. Massimo range di lettura sul TSH (senza diluizione) 3 c. *Purificazione dell'antigene nella preparazione del saggio immunometrico quantitativo per il dosaggio degli anticorpi anti tiroide, in particolar modo anti – TPO utilizzando tecniche del DNA ricombinate 2 d. *Preparazione di riferimento per anti-Tg diverse da IRP 65/943 (WHO EBCS) e per Anti-TPO diverse da MRC 66/387, in pratica più recenti 2 e. * Marcatori tumorali CEA, AFP, PSA, HCG: effettuati con dosaggi due steps e con Calibratori standardizzati riferiti a WHO (Max 0.5 punti per ogni marcatore) 2 f. * Marcatori tumorali glicoproteine: CA 125, CA 15.3, CA 19.9, caratterizzati in funzione degli anticorpi di misura standardizzati Centocor 2	13

NB.

I punti contrassegnati con asterisco devono essere specificati sui depliant o sulle metodiche, o certificati da enti Terzi (a loro volta certificati o certificatori). Non sono ammesse dichiarazioni di autocertificazione.

LOTTO N. 4: FORNITURA "IN SERVICE" DI UN SISTEMA ANALITICO PER L'ESECUZIONE DI ESAMI DIAGNOSTICI RELATIVI ALL'EPATITE –FERTILITA' –ANEMIA – MARCATORI CARDIACI

I 50 punti relativi alle **caratteristiche tecnico-qualitativi dei sistemi proposti (PARAMETRO A)**, sono così ripartiti:

N. ORD.	PARAMETRI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX
1	CADENZA ANALITICA SUPERIORE A 150 TEST/ORA, calcolato proporzionalmente in frazione di 10	5
2	DISPENSAZIONE DEI CAMPIONI: UTILIZZO DI PUNTALE MONOUSO	3
3	DISPENSAZIONE DEI REAGENTI: UTILIZZO DI PUNTALE MONOUSO	2
4	NUMERO DI METODICHE ESEGUIBILI IN LINEA OLTRE 20	5
5	STABILITÀ DEI REAGENTI DOPO L'APERTURA ON-BOARD	5
	CARICO E SCARICO DEI KIT E DELLE SOLUZIONI DI LAVAGGIO SENZA INTERFERENZE CON LA ROUTINE	5
6	CALIBRATORI E CONTROLLI PRONTI ALL'USO	5
7	RIVELAZIONE DEGLI INTERFERENTI (EMOLISI / ITTERO): SERUM INDEX	3
8	NUMERO DI CAMPIONI ON BOARD SUPERIORI A 50 Si attribuiranno 0,5 punti per ogni 10 campioni o frazione	3
9	SOLUZIONI DI LAVAGGIO PRONTI ALL'USO	2
10	Hbsag (costituzione della miscela anticorpi)	5
11	ESECUZIONE DELLE DETERMINAZIONI ANALITICHE AUSPICABILI (Si attribuiranno punti 1 per ciascuna determinazione richiesta eseguibile con il sistema proposto)	4
12	ANTI HCV (RICOMBINANTE)	3